

UP55N-40S-H9-D0

热探测器的激光功率测量高达40 W。



产品系列主要特性

模块化概念

提高您的探测器的功率: 有4种不同的冷却模块

性能高

- 上升时间快(2 秒)
- 损坏阈值高(45 kW/cm²)

设计紧凑

仅32 mm 厚(40S 型)

能量模式

测量单次能量上升高至 200 J

智能接口

包含所有的校准数据

兼容性支架

STAND-S-443

规格

测量能力

最大平均功率(连续)	40 W
最大平均功率(1 分钟)	80 W
噪声等效功率 ¹	5 mW
光谱范围 ²	0.193 - 20 μm
典型升起时间 ³	2 s
功率校准不确定性 ⁴	±2.5 %
重复性	±0.5 %

1. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
2. 查看用户手册, 了解校准光谱范围。
3. 按照预期。
4. 包含功率线性。

测量能力(能量模式)

最大可测量能量 ¹	200 J
噪声等效能量 ²	0.25 J
最小重复周期	11.1 s
最大脉冲宽度	433 ms
能量校准不确定性 ³	±5 %

1. 适用于 360 μs 脉冲。更高的脉冲能量可以适用于长脉冲 (ms), 略低的脉冲能量则适用于短脉冲 (ns)。
2. 标称值。实际值取决于测量系统中的电气噪音。
3. 购买单脉冲能量校准时

损坏阈

最大平均功率密度 ¹	45 kW/cm ²
最大能量密度 ²	1 J/cm ²

1. 1064 nm, 10 W CW. May vary with wavelength and average power.
2. 1064 nm, 7 ns, 10 Hz. May vary with wavelength and pulse width.

物理特性

冷却	传送
----	----

孔径	55 mm
吸收器	H9
尺寸	89H x 89W x 35D mm
重量	0.62 kg
订购信息	
UP55N-40S-H9-D0	200215
UP55N-40S-H9-IDR-D0	203387
UP55N-40S-H9-INT-D0	202627
UP55N-40S-H9-BLU-D0	203432

规格如有更改，恕不另行通知。有关完整规格，请参阅用户手册。

对这个产品感兴趣吗？

获得报价

通过 gentec-eo.cn/contact-us 找到您的本地销售代表